

OGGETTO: Richiesta di preventivo, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/23, alla società EOS S.r.l. con sede legale in Cervarese Santa Croce (PD), alla Via Fossona nr. 7/A, codice fiscale e partita IVA 04246700282, avente ad oggetto la fornitura di un sistema di posta pneumatica per il rapido trasporto di campioni biologici dal Pronto Soccorso al Laboratorio Analisi, relativa al progetto denominato *"Ottimizzazione dei percorsi in relazione ai codici di priorità del Pronto Soccorso ed implementazione della versatilità della dotazione tecnologica"*. CUP G44E25001960006- Base d'asta pari a € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) IVA esclusa.

L'anno duemilaventisei il giorno 1 (uno) del mese di ottobre in Acquaviva delle Fonti (BA) presso la Direzione Operations dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli"

IL RUP

nella persona del Dott. Carlo Savino Marinacci

VISTI

- Il D.Lgs n.36/2023;
- la nota della Regione Puglia del 11.12.2025 Prot. 0702614-2025;
- la nota del RUP prot. 2026 / 3074 del 19/03/2026;

PREMESSO CHE

- con nota del 11.12.2025 Prot. 0702614-2025, la Regione Puglia ha notificato all'Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli", l'ammissione al finanziamento del progetto denominato *"Ottimizzazione dei percorsi in relazione ai codici di priorità del Pronto Soccorso ed implementazione della versatilità della dotazione tecnologica"*, a valere sull'avviso pubblico PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Asse VIII - Azione 8.5 *"Rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari, della rete dell'emergenza urgenza e riduzione delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi"*;
- con nota protocollo generale n° 13479 del 19/12/2025, l'Ente ha trasmesso alla Regione Puglia l'atto di nomina del Dott. Carlo Savino Marinacci a responsabile unico del progetto (RUP) delle procedure oggetto del finanziamento suindicato;
- l'art. 25 del D.lgs. n 36/2023 prevede, in ogni caso, che la stazione appaltante utilizzi la piattaforma di approvvigionamento digitale;
- l'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 36/2023 dispone che è possibile affidare direttamente servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

- la Stazione Appaltante per la realizzazione del progetto di *"Ottimizzazione dei percorsi in relazione ai codici di priorità del Pronto Soccorso ed implementazione della versatilità della dotazione tecnologica"*, a valere sull'avviso pubblico *PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Asse VIII - Azione 8.5 "Rafforzamento della rete territoriale dei servizi sanitari, della rete dell'emergenza urgenza e riduzione delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi"* ritiene necessario acquistare un impianto di posta pneumatica;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario richiedere, alla società EOS S.r.l. tramite la piattaforma MePA, un preventivo avente ad oggetto l'acquisto di un sistema di posta pneumatica per il rapido trasporto di campioni biologici dal Pronto Soccorso al Laboratorio Analisi, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'Allegato 1 della presente determina;
- la base d'asta è stata fissata in € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) IVA esclusa;


DETERMINA

- di approvare le premesse e gli allegati citati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di richiedere, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del Codice un preventivo alla società EOS S.r.l. con sede legale in Cervarese Santa Croce (PD), alla Via Fossona nr. 7/A, codice fiscale e partita IVA 04246700282, tramite la piattaforma MePA;
- di provvedere all'accantonamento della relativa somma;
- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere ai relativi adempimenti.

Acquaviva delle Fonti, 01/10/2026

IL RUP

Dot. Carlo Savino Marinacci



ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE- POSTA PNEUMATICA


Fornitura di un sistema automatico per il trasferimento diretto dei campioni dal Pronto Soccorso al laboratorio Analisi mediante il sistema di trasporto pneumatico a provetta singola.

Il sistema in questione dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche indicative:

- Totalmente automatizzato ed indipendente dall'operatore per l'invio dei tubi primari, senza l'utilizzo di contenitori secondari, dal pronto Soccorso al Laboratorio Analisi.
- Riduzione del TAT terapeutico.
- Produttività superiore a ca. 1.000 campioni/ora.
- Velocità di attraversamento dei tubi superiore a ca. 8 m/s.
- Stazione di arrivo con ricezione manuale o automatica, o direttamente sull'automazione di laboratorio; sarà considerata caratteristica preferenziale la possibilità di collegamento diretto all'automazione.
- Caricamento diretto dei campioni e spedizione immediata, possibilmente senza l'utilizzo di contenitori ausiliari.
- Possibilità di lettori barcode dei campioni.
- Accorgimenti tecnici atti ad azzerare il rischio di emolisi del campione dopo l'invio.
- Sistema installabile in ogni ambiente, utilizzando gli spazi esistenti e senza necessità di lavori strutturali o adattamenti.
- Posa dei canali di collegamento effettuata utilizzando gli spazi e i cavedi tecnici, senza necessità di lavori di muratura.
- Possibilità di riposizionamento semplice e veloce delle stazioni di invio e di ricezione in caso di mutate esigenze organizzative.

Il sistema dovrà essere pienamente compatibile con i principali sistemi di automazione di laboratorio attualmente presenti sul mercato e nello specifico dovrà avere piena compatibilità con l'automazione GLP System Track della ABBOTT, attualmente installato nel Laboratorio Analisi dell'Ente.

Nella piantina allegata è illustrata l'area del laboratorio analisi di interesse, dove è collocata l'automazione con l'indicazione degli spazi disponibili dove poter installare le postazioni di arrivo della posta pneumatica.



Slot liberi per posta pneumatica in ricezione